

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Siseminister
määrus
algtekst-terviktekst
01.07.2014
Hetkel kehtiv
RT I, 04.06.2014, 10

Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 30.05.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse [korra](#)kaitseaduse § 38 lõike 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

- (1) Indikaatorvahendit ja tõenduslikku alkomeetrit kasutatakse alkoholijoobe kontrollimiseks ja tuvastamiseks.
- (2) Alkoholijoobe kontrollimiseks ja tuvastamiseks kasutatav indikaatorvahend peab olema regulaarselt kontrollitud ja tõenduslikul alkomeetril peab olema täidetud mõõteseaduses sätestatud taatluskohustus.
- (3) Enne alkoholijoobe kontrollimist ja tuvastamist selgitatakse kontrollile allutatud isikule tema korra
- (4) Indikaatorvahendisse ja tõenduslikku alkomeetrisse puhumisel kasutatakse ühekordseid individuaalpakendis huuliku

§ 2. Indikaatorvahendi kasutamine

- (1) Indikaatorvahendiga kontrollitakse alkoholi sisaldumist kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus.
- (2) Kontrollile allutatud isik puhub indikaatorvahendisse ühe korra. Vajaduse korral puhub ta uuesti.
- (3) Kontrollile allutatud isiku nõudmisel esitatakse talle indikaatorvahendi tulemus.

§ 3. Indikaatorvahendi kasutamise dokumenteerimine

- (1) Indikaatorvahendi kasutamine ja näit protokollitakse:
 - 1) haldusmenetluse seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud alustel;
 - 2) indikaatorvahendi näidu kasutamiseks tõendina.
- (2) Indikaatorvahendi kasutamine protokollitakse käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohaselt. Protokoll koopia väljastatakse kontrollile allutatud isikule tema nõudmisel.
- (3) Indikaatorvahendi kasutamise protokoll lisatakse süüteomenetluse materjalidele või korra

§ 4. Tõendusliku alkomeetri kasutamine

- (1) Tõendusliku alkomeetriga mõõdetakse etanooli massikontsentratsiooni kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus.
- (2) Tõendusliku alkomeetriga mõõdab üksnes pädev mõõtja mõõtemetoodikat järgides.
- (3) Tõendusliku alkomeetri mõõtetsükkel koosneb kahest puhumisest.
- (4) Mõõtmiste lõplik lugem on näidikule kuvatav kahe puhumise vähim tulemus.
- (5) Kui tõenduslik alkomeeter ei kuva mõõtetsükli tulemusena lõplikku lugemit või annab veateate, korratakse mõõtetsükli.

§ 5. Tõendusliku alkomeetri kasutamise dokumenteerimine

- (1) Tõendusliku alkomeetri kasutamine dokumenteeritakse väljatrükina või protokollina.
- (2) Väljatrükk või protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
 - 1) mõõtmise kuupäev ja kellaaeg;
 - 2) kontrollile allutatud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
 - 3) mõõtmiseks kasutatava tõendusliku alkomeetri nimetus;
 - 4) kahe mõõtmise lugemid ning lõplik lugem;
 - 5) mõõtmist teostanud ametniku ees- ja perekonnanimi.
- (3) Väljatrüki või protokolliga allkirjastab mõõtmist teostanud ametnik.
- (4) Mõõtmisele allutatud isiku nõudmisel väljastatakse talle koopia väljatrükist või protokollist.
- (5) Väljatrükk või protokoll lisatakse süütematerjalidele ning säilitatakse vastavalt süüteomenetluse nõuetele või korrakaitseorgan säilitab selle vastavalt tema asjaajamiskorrale.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

[Lisa](#) Indikaatorvahendi kasutamise protokoll