

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Sotsiaalminister
määrus
terviktekst
01.08.2014
Hetkel kehtiv
RT I, 09.07.2014, 35

Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

Vastu võetud 19.03.2010 nr 23

[RTL 2010, 13, 255](#)

jõustumine 01.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine
02.07.2014

Avaldamine
[RT I, 09.07.2014, 22](#)

Jõustumine
01.08.2014, määruse §-des
2 ja 3 asendatakse läbivalt
sõnad „ämmaemandusabi
teenuse” sõnadega „ambulatoorse
ämmaemandusabi”

Määrus kehtestatakse «[Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse](#)» § 26²lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded ambulatoorse ämmaemandusabi ja kodusünnitusabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

§ 2. Nõuded ruumidele ambulatoorse ämmaemandusabi osutamiseks

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

(1) Ämmaemanda tegevuskoha ruumid (edaspidi *ruumid*) võivad paikneda kas tervishoiuteenuste osutamiseks projekteeritud ja ehitatud ruumides või muus avaliku otstarbega hoones.

(2) Elumajadesse lubatakse ruume planeerida eluruumidest eraldatult, võttes arvesse järgmisi tingimusi:

1) sissepääs ruumidesse asub eluruumide koridori sissepääsudest eraldi;
2) eluruumide koridoriga ühise sissekäigu korral on selle kohta olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu liikmete kirjalik nõusolek.

(3) Ämmaemanda tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised ruumid:

- 1) vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum või ruumid (pindalaga 12×2 või 16 m²);
- 2) ooteruum (pindalaga 9 m²);
- 3) tualettruum (pindalaga 3 m²);
- 4) abiruum (pindalaga 2 m²).

(4) Ruumide pindala võib olla lubatud suurusest kuni 5% väiksem.

(5) Juhul kui ambulatoorse ämmaemandusabi osutaja ruumid paiknevad koos teise tervishoiuteenuse osutaja ruumidega, mis vastavad esitatud nõuetele, siis peab ambulatoorse ämmaemandusabi osutajal olema vähemalt vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum.

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

(6) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum, ooteruum ning tualettruum ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on ruumi kõrgusest rohkem kui poole ulatuses maapinnast madalamal ega ruumides, mille kõrgus on madalam kui 2,5 meetrit.

(7) Ruumide ukseavad ja koridorid peavad võimaldama siseneda ja väljuda ratastoolis või haiget kandraamil kandes.

(8) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumi ehitamisel, ümberehitamisel või renoveerimisel tuleb kasutada ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud.

(9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristamist ja desinfitseerimist.

(10) Ruumides peab olema sooja ja külma vee varustus ja kanalisatsioon.

(11) Ruumides peab olema piisav ventilatsioon, arvestades võimalikku samal ajal ruumis viibivate inimeste arvu.

(12) Kõikides ruumides peab olema tehisvalgustus. Vastuvõturuumis peab olema nii loomulik kui ka tehisvalgustus.

(13) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

(14) Ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis peab läbivaatuse töökoht olema ülejäänud ruumist eraldatud kardina või sirmiga. Patsiendile peab olema riitumiseks eraldatud ruumiosa.

(15) Ruumid peavad olema ämmaemanda tegevusele vastava funktsionaalse lahendusega ning võimaldama privaatsust ja konfidentsiaalsust.

(16) Ruumide sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud, vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.

§ 3. Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele ambulatoorse ämmaemandusabi osutamiseks [RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

(1) Ambulatoorse ämmaemandusabi osutamiseks peab vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis olema järgmine sisustus:

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

- 1) imiku läbivaatuslaud;
- 2) iste (istmed) patsiendile ja saatjale;
- 3) külmkapp;
- 4) lukustatud kapp dokumentide säilitamiseks;
- 5) meditsiiniotstarbeline teisaldatav koht- ja laevalgusti;
- 6) töölaud ja tool;
- 7) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
- 8) universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett.

(2) Ambulatoorse ämmaemandusabi osutamiseks peavad vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis olema järgmised töövahendid ja aparaat:

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

- 1) aluslinad;
- 2) arvuti ja printer;
- 3) desinfektsioonivahendid instrumentide puhastamiseks (sh kaanega desinfektsioonianum);
- 4) desinfektsioonivahendid käte ja tööpindade puhastamiseks;
- 5) esmaabivahendid (ettevõtetele kehtestatud loetelu alusel);
- 6) günekoloogilised peeglid;
- 7) günekoloogiliste analüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
- 8) kaal imikutele või kaasaskantav imiku kaalumist võimaldav kaalukomplekt;
- 9) kaal täiskasvanutele;
- 10) kohtvalgusti (portatiivne);
- 11) käärid;
- 12) mõõdulint;
- 13) naha desinfitseerimisvahendid;
- 14) neerukausid;
- 15) Pinardi stetoskoop lootetoonide kuulamiseks (võimalusel doppler või kardiokograafia aparaat);
- 16) sfügmomanomeeter vererõhu mõõtmiseks;
- 17) sidumisvahendid, sh tutikud ja side, kinnitusplaastrid;
- 18) steriilsed ja mittesteriilsed kindad;
- 19) stetofonendoskoop;
- 20) telefon;
- 21) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
- 22) testriba lootevee testimiseks;

- 23) uriinianalüüsi testribad;
- 24) veenisulgur (žgutt) ja rõhksidemed;
- 25) vere hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus (võimalusel glükomeeter);
- 26) vereanalüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
- 27) ühekordsed süstlad ja nõelad.

(3) Paragrahvides 2 ja 3 loetletud ruume, sisseseadet, aparatuuri ja töövahendeid võivad koos töötavad ämmaemandad kasutada ühiselt.

(4) Ambulatoorse ämmaemandusabi osutamisel tekkinud jäätmete käitlemisel tuleb järgida «Jäätmeseadust» ja selle alusel kehtestatud õigusakte.

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

§ 3¹. Nõuded ruumile, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele kodusünnitusabi osutamiseks

(1) Kodusünnitusabi osutajal peab olema ruum, mis sobib dokumentide nõuetekohaseks hoidmiseks ning töövahendite, aparatuuri ja ravimite hoidmiseks.

(2) Ruumis peab olema ühendusvõimalus telefoni- ja arvutiside süsteemiga.

(3) Kodusünnitusabi osutamiseks peavad ämmaemandal olema kaasas järgmised töövahendid ja aparatuur:

- 1) aluslinad;
- 2) aspireerimisvahendid;
- 3) desinfektsioonivahendid käte, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
- 4) dokumendiblanketid ja isiklik pitsat;
- 5) glükomeeter ja testribad;
- 6) hapnik ja selle manustamise vahendid;
- 7) kaal imikutele või kaasaskantav imiku kaalumist võimaldav kaalukomplekt;
- 8) kinnitusplaastrid, sealhulgas kanüüliplaastrid;
- 9) kohtvalgusti (portatiivne);
- 10) käärid;
- 11) looteveepõie avaja;
- 12) mõõdulint;
- 13) mõõteanum verekaotuse hindamiseks;
- 14) nabaklemm või -kumm;
- 15) naha desinfitseerimisvahendid;
- 16) Pindari stetoskoop lootetoonide kuulamiseks (võimaluse korral doppler või kardiotokograaf);
- 17) põiekateeter;
- 18) sfügmomanomeeter vererõhu mõõtmiseks;
- 19) sidumisvahendid, sealhulgas tampoonid ja side;
- 20) steriilsed ja mittesteriilsed kindad;
- 21) steto-fonendoskoop;
- 22) sünnituse vastuvõtmise komplekt (klemmid, käärid);
- 23) sünnitusjärgsed tupepeeglid;
- 24) sünnitusteede taastamise komplekt (käärid, nõelahoidja, pintsetid, õmblusmaterjal);
- 25) telefon;
- 26) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
- 27) tilkinfusiooni süsteemid;
- 28) vahendid lootevee testimiseks;
- 29) veenikanüülid (erinevad suurused);
- 30) veenisulgur (žgutt) ja rõhksidemed;
- 31) ventilatsioonikott vastsündinutele ja täiskasvanutele koos vastavate näomaskide ja S-torudega;
- 32) vereanalüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
- 33) ühekordsed süstlad ja nõelad.

(4) Kodusünnitusabi osutamiseks peavad ämmaemandal olema kaasas järgmised ravimid:

- 1) 0,9% naatriumkloriidilahus;
- 2) adrenaliini ehk epinefriini süstelahus (ATC kood C01CA24), atropiini süstelahus (ATC kood A03BA01);
- 3) fütomenadioon ehk K-vitamiin vastsündinule manustamiseks (ATC kood B02BA01);
- 4) lokaalanesteetikum injektsiooniks ja välispidiseks kasutamiseks (ATC kood N01B);
- 5) vähemasti üks ravim järgmistest ravimrühmadest: emakasse toimivad ained (ATC kood G02A) ning oksütotsiin ja selle analoogid (ATC kood H01BB).

[RT I, 09.07.2014, 22- jõust. 01.08.2014]

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

