

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Väljaandja: | Sotsiaalminister |
| Akti liik: | määrus |
| Teksti liik: | tervikekst |
| Redaktsiooni jõustumise kp: | 16.12.2013 |
| Redaktsiooni kehtivuse lõpp: | 18.03.2018 |
| Avaldamismärge: | RT I, 13.12.2013, 36 |

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Vastu võetud 29.11.2001 nr 116
[RTL 2001, 130, 1886](#)
 jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega

| | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| Vastuvõtmine | Avaldamine | Jõustumine |
| 11.12.2009 | RTL 2009, 96, 1438 | 01.01.2010 |
| 31.10.2012 | RT I, 06.11.2012, 1 | 01.01.2013 |
| 11.12.2013 | RT I, 13.12.2013, 35 | 16.12.2013 |

Määrus kehtestatakse [tervishoiuteenuste korraldamise seaduse](#) § 10 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2. Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

(1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi *ruumid*) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.

[[RT I, 13.12.2013, 35](#)- jõust. 16.12.2013]

(2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:

- 1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
- 2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

(3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

| Ruumi nimetus | Pindala, m ² |
|-----------------|-------------------------|
| Vastuvõturuum | 12 x 2 või 16 |
| Protseduuriruum | 16 |
| Ooteruum | 9 |
| WC | 3 |
| Abiruum | 2×2 |

(4) Ruumide pindala võib olla kuni 5% väiksem lubatud suurusel.

(5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

(5¹) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.

[[RT I, 06.11.2012, 1](#)- jõust. 01.01.2013]

(6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

(7) [[Kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35](#)- jõust. 16.12.2013]

(8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.

[RTL 2009, 96, 1438- jõust. 01.01.2010]

(9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfitseerimist.

(10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.

[RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]

(11) [Kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]

(12) Kõikides ruumides on nõutav tehisolustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.

[RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]

(13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3. Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

(1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:

- 1) arsti töölaud ja tool,
- 2) õe töölaud ja tool,
- 3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
- 4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
- 5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,

[RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]

- 6) instrumentide laud,
- 7) imiku läbivaatuslaud,
- 8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
- 9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
- 10) kaal imikutele
- 11) pikkusemõõtur,
- 12) arvuti ja printer,
- 13) lae- või teistsaldatav meditsiinivalgusti,
- 14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

(2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4. Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

(1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

(2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:

- 1) stetofonendoskoop,
- 2) sfügmomanomeeter,
- 3) otoskoop,
- 4) [kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]
- 5) [kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]
- 6) PEF-meeter,
- 7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
- 8) refleksahaamer,
- 9) helihark,
- 10) [kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]
- 11) pisikirurgia vahendid,
- 12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
- 13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
- 14) EKG aparaat,
- 15) [kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]
- 16) [kehtetu -RT I, 13.12.2013, 35- jõust. 16.12.2013]
- 17) kõrvaloputusüstal,
- 18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
- 19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
- 20) ambukott.

(3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5. Rakendussätted

- (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.
- (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]