

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
 21. aprilli 2004. a määruse nr 109
 «Mitteautomaatkaalude metrooloogilised
 ja tehnilised nõuded, nõuded
 projekteerimisele, konstruktsioonile,
 märgistusele, vastavushindamisele ja
 tõendamisele»
 lisa 3

LUBATUD PIIRVEAD

Koormus				Lubatud piirviga
I klass	II klass	III klass	IV klass	
$0 \leq m \leq 50\,000\text{ e}$	$0 \leq m \leq 5000\text{ e}$	$0 \leq m \leq 500\text{ e}$	$0 \leq m \leq 50\text{ e}$	$\pm 0,5\text{ e}$
$50\,000\text{ e m} \leq 200\,000\text{ e}$	$5000\text{ e m} \leq 20\,000\text{ e}$	$500\text{ e m} \leq 2000\text{ e}$	$50\text{ e m} \leq 200\text{ e}$	$\pm 1,0\text{ e}$
$200\,000\text{ e m}$	$20\,000\text{ e m} \leq 100\,000\text{ e}$	$2000\text{ e m} \leq 10\,000\text{ e}$	$200\text{ e m} \leq 1000\text{ e}$	$\pm 1,5\text{ e}$