

**Väljahingatavas õhus etanoolisisalduse alkomeetriga
mõõtmise lugemi laiendmääramatused**

Tõendusliku alkomeetri lugem	Laiendmääramatus
(0,05÷0,73) mg/L	0,05 mg/L
0,74 mg/L	0,05 mg/L
(0,75÷0,79) mg/L	0,05 mg/L
(0,80÷0,81) mg/L	0,07 mg/L
(0,82÷0,85) mg/L	0,07 mg/L
(0,86÷1,00) mg/L	0,09 mg/L
(1,01÷1,20) mg/L	0,10 mg/L
(1,21÷1,40) mg/L	0,12 mg/L
(1,41÷1,60) mg/L	0,14 mg/L
(1,61÷1,80) mg/L	0,15 mg/L
(1,81÷2,00) mg/L	0,17 mg/L
(2,01÷2,20) mg/L	0,66 mg/L
(2,21÷2,40) mg/L	0,72 mg/L
(2,41÷2,60) mg/L	0,78 mg/L
(2,61÷2,80) mg/L	0,84 mg/L
(2,81÷3,00) mg/L	0,90 mg/L